



Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho
Estado de São Paulo

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Justifica-se a celebração do presente contrato, decorrente necessidade de fomento e aprimoramento da infraestrutura e das condições de funcionamento da Rede de Frio desta Unidade de Saúde, em suas diversas instâncias, além disso, para garantir a qualidade dos imunobiológicos ofertados à população e a execução da Política Nacional de Imunizações dentro do padrão de qualidade e segurança do Sistema Único de Saúde – SUS.

(*) Valor Estimado com Desembolso em Parcela Única

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
1	10	Unidade	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA DIGITAL INTERNO/EXTERNO - Descritivo Com função interna e externa (A tela poderá mostrar uma função por vez); Com função máxima e mínima; Com função reset; Fabricado em material plástico; Com ponteira de aço inox; Visor digital de fácil leitura de três dígitos; A prova d água; Deverá informar a temperatura em Graus Celsius e Fahrenheit; Sensor externo (aproximadamente 3 metros); Pode conter imã para fixação em superfícies metálicas; Alimentação com pilha AAA. Características: Escala interna (aproximada) de 10 a 50°C / -14+122°F; Escala externa (aproximada) de 50 a 70°C / -56+158°F; Resolução: 1°C/F; Precisão: +/- 1°C (entre 20+50°C) e +/- 2°C (acima de 50°C); Dimensões (aproximadas): 130x70x18mm; Matéria: Plástico ABS Peso (aproximado): cerca de 80g.

1. Condições de Pagamento:

1.1. Os pagamentos serão efetuados, em até 30 dias da apresentação da nota fiscal.

2. Prazo de Execução:

2.1. O prazo de execução do serviço é de 10 dias uteis.

Engenheiro Coelho, 24/04/2024

Josiane Camargo
Diretora Executiva de Saúde