



Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho  
Estado de São Paulo

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

**Processo:** 2643 /2024

**OBJETO:** *Aquisição de Imatanciômetro para a diretoria de saúde.*

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>Tipo/Especificação</b>
<i>Aquisição de Imatanciômetro para Diretoria de Saúde</i>	1	Timpanometria automática. Faixa de pressão de -600 a 300 daPa. Complacência de 0.1 a 6.0ml + 0.1 a 8.0 ml. 12 reflexos por orelha (6 Ipsi + 6 Contra) . Reflexo Ipsi: 500 a 4000 Hz – 110 dB HL. Reflexo Contra: 500 a 8000Hz – 120 dB HL. 2 protocolos independentes de reflexo automático. Tom de transdutor: 226Hz Teste de função da Tuba. Fonte de alimentação bivolt (110/220V) embutida. Conjunto do fone contra-lateral TDH-39. Transdutor + sonda clínica. Jogo de olivas. Manual de operação e utilização. Cabo de força. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Treinamento com instruções de uso. Deverá ser instalado.

(\*) Valor Estimado com Desembolso em Parcela Única

**1. Condições de Pagamento:**

1.1. Os pagamentos serão efetuados, em até 30 dias da apresentação da nota fiscal.

**2. Prazo de Execução:**

2.1. O prazo de execução do serviço é de 15 dias.



Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho  
Estado de São Paulo

---

Josué Alberto De Melo Junior  
Diretor Executivo de Saúde Pública