



TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADM. Nº 772 /2025

OBJETO: Aquisição de regulador de pressão do cilindro de oxigênio com dois manômetros, para atender as demandas do Departamento de Saúde da prefeitura municipal de Engenheiro Coelho – SP.

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
01	02	UND	Regulador de pressão para cilindro de oxigênio RO-200-BRAX. Descrição: regulador de pressão com 2 manômetros, alta durabilidade, escala de fácil leitura, corpo em latão forjado, precisão na leitura Manômetro de 0 – 315 kgf/cm ² / 0 – 4500 psi.

1. Condições de Pagamento:

1.1. Os pagamentos serão efetuados, em até 30 dias da apresentação da nota fiscal.

2. Prazo de Entrega:

2.1. O prazo de entrega das peças imediato.

3. Prazo da Proposta:

3.1 As propostas terão validade de no mínimo 60(sessenta) dias.

RESPONSÁVEIS:

Rogéria Renata Haeck de Souza
Responsável Técnica pelo Pronto Atendimento

Diretor:

RENAN MANHABUSQUI PACÍFICO
Diretor Executivo de Saúde Pública