



TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADM. Nº 1559 /2025

OBJETO: Aquisição de monitor 6 Parâmetros Etco2 Spo2 Nibp, para atender as necessidades do Pronto Atendimento da prefeitura municipal de Engenheiro Coelho – SP.

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
01	2	Und	Monitor 6 Parâmetros Etco2 Spo2 Nibp Função: Monitorar ECG, RESP, TEMP, SpO ₂ , NIBP e EtCO ₂ . Tela: Colorida, mínimo 10". Bateria: Interna, ≥2h de autonomia. Alarmes: Visuais e sonoros, configuráveis. Modos: Adulto, pediátrico e neonatal. EtCO₂: Tipo Microstream ou Sidestream. Tendência: ≥24h. Portas: USB e rede. Normas: ANVISA, IEC 60601. Acessórios: ECG, SpO ₂ , NIBP, TEMP, EtCO ₂ , cabo de força e manual.

1. Condições de Pagamento:

1.1. Os pagamentos serão efetuados, em até 30 dias da apresentação da nota fiscal.

2. Prazo de Entrega:

2.1. O prazo de entrega dos insumos é imediato.

3. Prazo da Proposta:

3.1 As propostas terão validade de no mínimo 60(sessenta) dias.

Engenheiro Coelho, 13/05/2025

RESPONSÁVEIS:



Prefeitura de

ENGENHEIRO COELHO

Orgulho de morar aqui

Rogéria Renata Haeck de Souza
Responsável Técnica pelo Pronto Atendimento

RENAN MANHABUSQUI PACÍFICO
Diretor Executivo de Saúde Pública