# TERMO DE REFERÊNCIA

**PROCESSO ADM. Nº 3385/2025**

**OBJETO:** Aquisição de microscópio para o Laboratório de analises clínicas do departamento de saúde do município de Engenheiro Coelho-SP.

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|
| **01** | 01 | Und | **Microscópio**<br>Biológico optica finita binocular acromático led.<br>**Especificações técnicas:**<br>Sistema óptico: Finito<br>Cabeçote: Binocular de livre articulação<br>Rotação 360°<br>Inclinação 30°<br>Ajuste interpupilar: 55mm – 75mm<br>Oculares: WF10X e WF16X<br>Objetivas: acromáticas: 4X; 10X; 40X(S); 100X(S, óleo).<br>Condensador: ABBE NA 1,25<br>Diafragma de íris: diâmetro 2mm – 30mm e filtro de 32mm<br>Sistema de focalização: coaxial com macrométrico e micrométrico conjugados e bilaterais. Faixa de focalização: 14mm<br>Platina: composta por dupla camada mecânica (125mm x 125mm), com deslizamento X-Y (60mm x 40mm)<br>Sistema de iluminação: tipo Köhler com lâmpada de LED 3.5V/1W e regulador de intensidade luminosa<br>Voltagem: Bivolt<br>Peso: 4kg |

**1. <u>Condições de Pagamento</u>:**
**1.1.** Os pagamentos serão efetuados, em até 30 dias da apresentação da nota fiscal.

**2. <u>Prazo de Entrega</u>:**
**2.1.** O prazo de realização do serviço é imediato.

**3. <u>Prazo da Proposta:</u>**
**3.1** As propostas terão validade de no mínimo 60(sessenta) dias.

Engenheiro Coelho, 08/09/2025

**RESPONSÁVEIS:**

**Talita Franco da Cruz**
**Responsável Técnica pelo Laboratório**.

**Diretor:**

**RENAN MANHABUSQUI PACÍFICO**
**Diretor Executivo de Saúde Pública**