

**TERMO DE REFERÊNCIA****PROCESSO ADM. Nº 3411/2025**

OBJETO: Aquisição de insumos para assistência a pacientes com diabetes, destinados à dispensação pela Farmácia Municipal, visando atender às necessidades do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho – SP.

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
01	150	Und.	Monitor de Glicose – Especificação mínima Características técnicas: • Tempo de resposta: até 5 segundos; • Intervalo de medição: 20 a 600 mg/dL; • Volume mínimo de amostra de sangue: 0,5 µL; • Memória interna para, no mínimo, 300 resultados de teste, com registro de data e hora; • Faixa de hematócrito compatível: 30% a 55%; • Cálculo automático da média dos resultados de 7, 14 e 30 dias; • Possuir porta serial para conectividade e transferência de dados via cabo; • Sistema de codificação por chip (chip incluso nas embalagens de tiras); • Indicado para uso pessoal (autoteste) e profissional; • Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. Itens inclusos: • 01 Monitor de Glicose modelo On Call Plus II ou equivalente; • 01 frasco com 50 tiras reagentes compatíveis; • 01 chip de calibração; • 01 caneta lancetadora; • 01 frasco de solução controle; • 01 manual de usuário em português; • Estojo para acondicionamento do conjunto.
02	400	Cx c/ 50	Tira Reagente para Medição de Glicose – Especificação mínima Características técnicas:



			• Compatível com monitor de glicemia modelo On Call Plus II ou equivalente; • Faixa de medição: 20 a 600 mg/dL; • Volume mínimo de amostra de sangue: 0,5 µL (microlitro); • Amostra aspirada automaticamente pela tira, sem contato direto com o monitor, reduzindo risco de contaminação cruzada; • Método de medição eletroquímico; • Indicado para uso pessoal (auto teste) e profissional; • Utilização com sangue total fresco, incluindo pacientes neonatos; • Sem interferência de maltose, galactose, xilose e lactose; • Armazenamento em frasco com fechamento hermético, garantindo conservação e transporte adequado; • Validade mínima de 12 meses; • Validade após abertura do frasco: mínimo 6 meses; • Registro no Ministério da Saúde/ANVISA
03	20	Cx c/ 100	Lanceta De Segurança 28g Características técnicas: • Lanceta estéril, descartável e de uso único; • Medida: 28G (0,36 mm de diâmetro) x 1,8 mm de comprimento da agulha; • Dispositivo de segurança com mecanismo retrátil automático após a punção. • Ponta em aço inoxidável, siliconada, com afiação trifacetada para menor dor na punção; • Acionamento por pressão, sem necessidade de dispositivo adicional; • Método de esterilização: radiação gama ou óxido de etileno; • Registro no Ministério da Saúde/ANVISA; • Validade mínima 24 meses.

1. Condições de Pagamento:

1.1. Os pagamentos serão efetuados, em até 30 dias da apresentação da nota fiscal.

2. Prazo de Entrega:

2.1. O prazo de entrega dos insumos é imediato.



Prefeitura de

ENGENHEIRO COELHO

Orgulho de morar aqui

3. Prazo da Proposta:

3.1 As propostas terão validade de no mínimo 60(sessenta) dias.

Engenheiro Coelho, 01/10/2025

RESPONSÁVEIS:

Leandro Henrique Gaio Martins.
Coordenador de almoxarifado da saúde

Diretor:

RENAN MANHABUSQUI PACÍFICO
Diretor Executivo de Saúde Pública