



Prefeitura de

ENGENHEIRO COELHO

Orgulho de morar aqui

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADM. Nº 240/2026

OBJETO: Aquisição de microscópio para o Laboratório de análises clínicas do departamento de saúde do município de Engenheiro Coelho-SP.

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO
01	01	Und	Microscópio Biológico optica finita binocular acromático led. Especificações técnicas: Sistema óptico: Finito Cabeçote: Binocular de livre articulação Rotação 360° Inclinação 30° Ajuste interpupilar: 55mm – 75mm Oculares: WF10X e WF16X Objetivas: acromáticas: 4X; 10X; 40X(S); 100X(S, óleo). Condensador: ABBE NA 1,25 Diafragma de íris: diâmetro 2mm – 30mm e filtro de 32mm Sistema de focalização: coaxial com macrométrico e micrométrico conjugados e bilaterais. Faixa de focalização: 14mm Platina: composta por dupla camada mecânica (125mm x 125mm), com deslizamento X-Y (60mm x 40mm) Sistema de iluminação: tipo Köhler com lâmpada de LED 3.5V/1W e regulador de intensidade luminosa Voltagem: Bivolt Peso: 4kg

1. Condições de Pagamento:

1.1. Os pagamentos serão efetuados, em até 30 dias da apresentação da nota fiscal.

2. Prazo de Entrega:

2.1. O prazo de realização do serviço é imediato.

3. Prazo da Proposta:

3.1 As propostas terão validade de no mínimo 60(sessenta) dias.



Prefeitura de

ENGENHEIRO COELHO

Orgulho de morar aqui

Engenheiro Coelho, 19/02/2026

RESPONSÁVEIS:

Talita Franco da Cruz

Responsável Técnica pelo Laboratório.

Diretor:

RENAN MANHABUSQUI PACÍFICO

Secretario Municipal de Saúde Pública